

PLACA DE KLINE



Utilizada para realizar o teste de VDRL (sigla de “Venereal Disease Research Laboratory”), que é um exame de triagem, no diagnóstico laboratorial da Sífilis.

Material: Vidro.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	a ₁ (mm)	L ₂ (mm)	ESPESSURA (mm)	POÇOS (unid)	DIÂM. POÇOS (mm)	PROF. POÇOS (mm)	CX (unid)
VQA.KLINE	80	60	5	12	16	3	10

