

## APARELHO PARA DETERMINAÇÃO DE ARSENIO



Utilizado para determinação de arsênio pelo método fotométrico de dietilditiocarbamato de prata. Possui juntas de vidro esmerilhadas.

Componentes (1): Gerador de Arsina; Juntas;

Componentes (2): Unidade esmerilhada; tubo de absorção.

Material: Vidro Borossilicato.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap (ml)	cx (und)
VQA.ARS125*	125	1



Medidas aproximadas

QUALIVIDROS

(35) 3521-5443

[www.qualividros.com](http://www.qualividros.com)

[vendas@qualividros.com](mailto:vendas@qualividros.com)