# PROVETA DE VIDRO GRADUADA BASE HEXAGONAL




Utilizado com bastante frequência em laboratórios, escolas, indústria farmacêutica, entre outras áreas, a proveta de vidro tem como principal função medir volumes de líquidos com baixa precisão. Autoclavavel a 121°c. Obs: Anel de proteção sob encomenda.
Material: Vidro.
Cor: Incolor.
Marca: Qualividros.

**Disponível também com tampa em polipropileno ou em vidro sob consulta.**

| CÓDIGO (base vidro) | CÓDIGO (base poli) | cap (ml) | grad (ml) | t (+ou- ml) | a (mm) | d (mm) | cx (und) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 1876 | 5 | 0,1 | 0,1 | 110 | 14 | 16 |
| 1879 | 1869 | 10 | 0,2 | 0,2 | 135 | 16 | 12 |
| 1882 | 1873 | 25 | 0,5 | 0,5 | 160 | 20 | 12 |
| 1884 | 1875 | 50 | 1,0 | 0,5 | 195 | 24 | 2 |
| 1878 | 1868 | 100 | 1,0 | 1 | 250 | 30 | 2 |
| 1881 | 1872 | 250 | 2-5 | 2 | 300 | 40 | 2 |
| 1883 | 1874 | 500 | 5,0 | 5 | 350 | 55 | 2 |
| 1877 | 1867 | 1000 | 10,0 | 10 | 430 | 63 | 2 |
| 1880 | 1870 | 2000 | 20,0 | 20 | 500 | 91 | 2 |

